

Schrittmachercodes [nach ICHD = Intersociety Commission for Heart Disease Resources]

Position 1 [Ort der Stimulation = stimulierte Kammer]

- A** atrium [A](Vorhof)
- D** double [A](doppelt [= Vorhof und Kammer])
- S** single [A](Einkammer - Atrium oder Ventrikel)
- V** ventricle [A](Kammer)
- 0** zero [A](null [= keine Stimulation])

Position 2 [Ort der Wahrnehmung = steuernde Kammer]

- A** atrium [A](Vorhof)
- D** double [A](doppelt [= Vorhof und Kammer])
- S** single [A](Einkammer - Atrium oder Ventrikel)
- V** ventricle [A](Kammer)
- 0** zero [A](null [= keine Wahrnehmung])

Position 3 [Steuerungs-/Betriebsart = Art der Reaktion]

- D** double [A](doppelt [= inhibiert und getriggert])
- I** inhibited [A](inhibiert)
- T** triggered [A](ausgelöst)
- 0** zero [A](null [= keine Steuerung])

Position 4 [Programmierbarkeit/Frequenzanpassung]

- nicht programmierbar
- C** communication [A](Datentelemetrie möglich)
- M** multiple [A]= mehr als 2 Funktionen]
- P** programmed [A]= bis zu 2 Alternativfunktionen]
- R** rate modulation [A](Frequenzadaption)
- 0** zero [A](null [= nicht programmiert])

Position 5 [Tachyarrhythmiefunktion]

- B** burst [A]= kurze hochfrequente Impulssalven]
- D** dual (Stimulation und Schock)
- P** pacing [A](Stimulation)
- S** scanning [A](abtasten [= automatisch gesteuert])
- 0** zero [A](null [= keine Multisite-Stimulation])